



Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen	Dokumenttyp: Rutin inkl. blankett	Beslutsdatum: 2021	Reviderat datum: 2026-05-08
Revideringsansvarig Farmaceut och MAS	Revideringsintervall: Vid behov	Beslutad av: MAS	Version: 1.1

Rutin och signering av temperaturkontroll i läkemedelsförråd och kylskåp

Varje rum och kylskåp som är läkemedelsutrymme ska vara utrustade med digital min/max termometer.

- 1. Kontroll och dokumentation av kylskåpstemperatur ska göras 1 gång/vecka.** När vaccin förvaras i kylskåpet ska temperaturkontroll göras dagligen.
- 2. Kontroll och dokumentation av rumstemperatur där läkemedel förvaras ska göras 1 gång/månad (1 gång/vecka under sommaren).**

Dokumentation görs på avsedd blankett, se bilaga 1.

Temperaturgränser:

Kylskåpstemperatur: +2 - +8°C

Rumstemperatur: +15 - +25°C.

- Vid temperaturavvikelse överväg att flytta läkemedel till fungerande kylskåp och ta reda på om läkemedlen fortfarande kan användas (bipacksedel/FASS). Många läkemedel är känsliga för frost och behöver kasseras om det utsatts för temperatur under 0°C, vid tveksamheter kontakta enhetschef/farmaceut för vidare åtgärd.
- För dokumentation av anmärkning/åtgärd används kolumnen med samma namn.
- Termometern ska årligen kontrolleras (kalibreras) till exempel genom att jämföra med annan termometer. Datum för genomförande noteras på blanketten.
- Signeringslistan förvaras i anslutning till förrådet/kylskåpet och sparas i 2 år.



Falkenbergs kommun

Bilaga 1.

Kyltemperatur: +2 - +8°

Rumstemperatur: +15 - +25°C

ENHET (ex. Säbo/KF Xxxx):				OBJEKT / PLATS (ex. Kyl 1/skölj, läkemedelsrum):		
Kryssa i aktuell ruta: <input type="checkbox"/> KYLSKÅPSTEMPERATUR:				<input type="checkbox"/> RUMSTEMPERATUR:		
Månad:				År:		
Datum:	Aktuell temp.:	Min temp.:	Max temp.:	Signatur:	Anmärkning/åtgärd:	Kalibrering genomfört: (årligen)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						